

Приложение 2
к заявке на закуп
медицинской техники
Форма
"Согласовано"

Директор: ГКП на ПХВ «Бейнеуская многопрофильная
центральная районная больница»

(наименование заявителя)

Абдуллаев Б.А.
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)



Техническая спецификация

п/п	Критерии	Описание		
1	Наименование медицинской техники	Дрель ортопедическая аккумуляторная		
		№ п/п	Наименование комплек- тующего к меди- цинской технике)	Наименование комплектующего к медицинской тех- нике
2	Требования к комплектации	Основные комплектующие		
		1	Дрель ортопедическая аккумуляторная	Дрель аккумуляторная, канюлированная управление на рукоятке, с плавной регулировкой скорости силой нажатия. Режимы вперед, назад, осциляторный, без-опасный. Не требует отдельных насадок для дрели и римера (переключение режима дрель/ример на рукоят-ке), максимальная скорость в режиме дрели не менее 1 шт.

		1200 об/мин в режиме римера не менее 270 об/мин, Мощность в режиме римера не менее 16,95 N/m Установка насадки в любом положении(360°) Вес не более 1,4кг. Высота (с батареей) – не более 8,6 дюймов (219 мм), Ширина – не более 1,5 дюйма (38 мм), Длина – не более 6,0 дюймов (153 мм) Непрерывное регулирование скорости -800 об/мин; Катетеризация Макс диаметр 4 мм; Рабочее напряжение 14 В пост.тока; Емкость аккумулятора не менее 2,0 Ач; Питание не менее 150 Вт; Время зарядки разряженного аккумулятора макс. не более 45 мин Рабочая температура от 0 до +50°C; Степень защиты от поражения электрическим током BF; Защита от проникновения воды PX4."	
		<i>Дополнительные комплектующие</i>	
3	Требования к условиям эксплуатации	220 В/50-60 Гц	
4	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020	ДРР Мангистауская обл.,Бейнеуский р-он, с Бейнеу, ул Тобанияза, дом 1Д	
5	Срок поставки медицинской техники и место дислокации	15 календарных дней ДРР Мангистауская обл.,Бейнеуский р-он, с Бейнеу, ул Тобанияза, дом 1Д	
6	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	<p>Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.</p> <p>Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.</p> <p>Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановления отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. 	
7	Требования к сопутствующим услугам	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и	

всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.

Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставка к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производимость и иные), обучение медицинскому персоналу (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.

Врач травматолог _____

Есмуханов Т.