

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор  
 ГКП на ПУБ «Венесуэльский МПРБ»  
 Абдуллаев Б.А.  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 год

# Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)	Ларингоскоп в комплекте для взрослых и детей			
2	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения	Не относится к средствам измерения			
3	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)	Техническая характеристика комплектующего к МТ	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		Основные комплектующие			
		1.	Рукоятка для ларингоскопа	Батарейная металлическая рукоятка, средняя, 2,5В, диаметр не более 28мм, длина 160мм	1 шт.
		2.	Клинок для ларингоскопа Miller №0	Клинок прямой из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 77х11мм	1 шт.
		3.	Клинок для ларингоскопа Miller №1	Клинок прямой из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 102х11мм	1 шт.
		4.	Клинок для ларингоскопа Miller	Клинок прямой из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 102х11мм	1 шт.

	№2	лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 153х13мм	
5.	Клинок для ларингоскопа Miller №3	Клинок прямой из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 195х13мм	1шт.
2.	Клинок для ларингоскопа Macintosh, №2	Клинок изогнутый из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 112х20мм	1шт.
3.	Клинок для ларингоскопа Macintosh, №3	Клинок изогнутый из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 130х23мм	1шт.
4.	Клинок для ларингоскопа Macintosh, №4	Клинок изогнутый из нержавеющей стали. Матовая поверхность предотвращает отражение, вакуумная лампа, освещенность более 1500 люкс/2,5В, размеры в пределах 155х25мм	1шт.
<i>Дополнительные комплектующие</i>			
1	Чехол для ларингоскопа	Чехол из пластика для ларингоскопа на 7 клинков и 1 рукоятку	1шт.
2	Лампа вакуумная большая	Лампа вакуумная большая для ларингоскопа WL 2,5 В совместима с клинками размеров 2-5	1шт.
3	Лампа вакуумная малая	Лампа вакуумная малая для ларингоскопа WL 2,5 В совместима с клинками размеров 00-1	1шт.
<i>Расходные материалы и изнашиваемые узлы:</i>			
4	Требования к условиям эксплуатации		
5	Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)		
6	Срок поставки МТ и место дислокации		
Мангистауская обл., Бейнеуский р-он, с Бейнеу, ул. Тобанияза, дом 1Д			
10 календарных дней с момента подписания договора			
Адрес: Мангистауская обл., Бейнеуский р-он, с Бейнеу, ул. Тобанияза, дом 1Д			