

ПРОТОКОЛ
об итогах тендера по закупу лекарственного средства
ГКП на ПХВ «Бейнеуская многопрофильная центральная районная
больница»

с Бейнеу

№ 99

01.11.2024г

1. Тендерная комиссия, утвержденная приказом директора ГКП ПХВ «Бейнеуская многопрофильная центральная районная больница» Управления здравоохранения Мангистауской области № 582 от 09 октября 2024 года в составе :

Председатель комиссии - Абдуллаев Б.А. — директор

Заместитель председателя - Туйебаев К.К. - заместитель
директора по лечебной части

Члены комиссии в составе :

Базарбаева Т. - старший лаборант КДЛ;
Есенкулова А.С. - главный бухгалтер;
Жаксылыкова Ж.Т. - юрист;

Секретарь тендерной комиссии :

Куажирова О.К. - специалист по государственным закупкам,

01 ноября 2024 года в кабинете директора в здании ГКП на ПХВ «Бейнеуская много-профильная центральная районная больница», расположенного по адресу : с.Бейнеу, ул Тобанияза, дом 1Д, рассмотрев поданные тендерные заявки, подвела итоги тендера.

2. Наименование и краткое описание товара, сумма закупа:

№	Наименование медицинского изделия	Ед. изм.	Кол-во,	Цена	Сумма, выделенная для закупок способом тен- дера, тенге
1	Гематологический анализатор принадлежностями	шт	2	7895000,00	15 790 000,00

3. Наименование, местонахождения и квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших тендерную заявку:

п/п	Наименование поставщика	Фактический адрес поставщика	Дата и время представления тендерной заявки для участия в тендере
1	ТОО «ДиАКиТ»	г.Караганда, р-он Элихан Бөкейхан, мкр 19, дом 40 «а»	30.10.2024 года 17 час 00 мин
2	ТОО «НұрФарм»	с.Бейнеу, ул Ер Коная, дом 14	30.10.2024 года 17 час 30 мин

4. Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились.

5. Заявки на участие в тендере, после истечения окончательного срока представления тендерных заявок от потенциальных поставщиков не поступали.

6. Тендерная комиссия провела соответствие потенциального поставщика требованиям тендерной документации на основе представленных ими документов.

7. Тендерная комиссия руководствуясь пунктами 61 и 62 Правил сопоставила тендерные заявки потенциальных поставщиков и приняла решение отклонить:

ТОО «ДиАКиТ»

Отклонить по лоту №1 согласно подпункта 7, пункта 62, параграфа 4 Приказа МЗ РК №110 от 7 июня 2023 года «представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствующей условиям тендерной документации и настоящих Правил:

1) Несоответствия технической спецификации:

п/п	Техническая спецификация, указанная в объявлении	ТОО«ДиАКиТ»	не соответствие
1	Производитель: Boule Medical AB, Швеция	Производитель: URIT Medical Electronic Co., Ltd, Китай	не соответствие
2	Система дозирования: поворотный клапан в бесшприцевой гидравлической системе	подача образца :ручная	не соответствие
3	Миксер на 5 пробирок: наличие	нет	не соответствие
4	Дисплей: сенсорный, True color (24 - разрядный), TFT-LCD, 800x480 пикселей	Дисплей:10.4 пикселей, размеры :210x160	не соответствие
5	Язык интерфейса: русский, английский, турецкий, немецкий и другие	Язык интерфейса: русский, английский,	не соответствие
6	Габаритные размеры: 410 x 290 x 460 мм Вес: 18 кг	Габаритные размеры: 410 x 459 x332 мм Вес: 35 кг	не соответствие

2) В соответствии Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан № КР ДСМ-260/2020 от 14 декабря 2020 года, гематологический анализатор с принадлежностями является средством измерения, тендерной заявке потенциального поставщика ТОО «ДиАКиТ» подтверждающих документов – **нет сертификата об утверждении типа средств измерений**.

8. Согласно пункта 66, параграфа 4 Приказа МЗ РК № 110 от 7 июня 2023 года, в связи с отсутствием конкуренции по лоту и при отклонении тендерной заявки конкурента по лоту победителем тендера признать:

ТОО «НұрФарм», Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул Ер Коная, дом 14

9. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов тендера заключить договор с победителем тендера.

10. Экспертное заключение - прилагается.

11. Согласно 69 Приказа МЗ РК № 110 от 7 июня 2023 года - в течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера разместить текст данного

протокола об итогах закупа на Интернет-ресурсе ГКП на ПХВ «Бейнеуская многопрофильная центральная районная больница» и направить победителю тендера заверенную копию протокола итогов закупа.

Председатель комиссии:

Абдуллаев Б.А.

директор;

Заместитель председателя:

Туйебаев К.К.

заместитель директора по
лечебной части;

Члены комиссии:

Базарбаева Т.

старший лаборант КДЛ;

Есенкулова А.С.

главный бухгалтер;

Жаксылыкова Ж.Т.

юрист;

Секретарь комиссии

Куажирова О.К.

Приложение 1
к протоколу итогов тендера №99 от 01.11.2024 г.

№ лота	Наименование медицинского изделия	ТОО «НурФарм»
1	Гематологический анализатор с принадлежностями, согласно технической спецификации	7 895 000,00

Председатель комиссии



Абдуллаев Б.А.

Члены комиссии



Түйебаев К.К.



Базарбаева Т.



Есенкулова А.С



Жаксылыкова Ж.Т.



Куажирова О.К.

Секретарь комиссии