

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГКУ на НХВ «Бейнеуская МЦРБ»

Абдуллаев Б.А.

2024 год



Техническая спецификация

Критерии		Описание		
Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)		Пульсоксиметр портативный с сетевым адаптером, с взрослым и детским датчиком (неонатальный) взрослый и неонатальный манжетом		
1		№ п/п	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		Расходные материалы и изнашиваемые узлы:		
2	Требования к комплектации	Пульсоксиметр портативный с сетевым адаптером, с взрослым и детским датчиком (неонатальный)		
		1	Пульсоксиметр портативный с сетевым адаптером, с взрослым и детским датчиком (неонатальный)	1 уп.

			(PR). Преимущества: 1) Время автономной работы не менее 50 часов. 2) Возможность работы пульсоксиметра, как от аккумуляторов, а также от сети 220 В и борсети в 12 В. 3) Возможность записи данных на внутренний накопитель, с возможностью последующей их передачи на ПК. 4) Пульсоксиметр оснащен крупными и яркими индикаторами сатурации. Технические характеристики SrO2 сатурация Диапазон показаний (%) - от 0 до 99 Пределы измерения (%) - 85-99 60-84 менее 60 Погрешность измерения (%) от 85 до 99 - 2% (абсолютная погрешность) от 60 до 84 - 3% (абсолютная погрешность) менее 60 - не нормируется Диапазон показаний (1/мин.) - 20-250 Пределы измерения (1/мин.) - 30-120 120-250 Погрешность измерения (1/мин.) 30-120 - ± 1 120-250 - ± 2 Индикация Семисегментные светодиоды сатурации - 2 шт. размером 21x14 мм
--	--	--	--

			Семисегментные светодиоды пульса - 3 шт. размером 14x10 мм Линейная шкала - Индикация пульсовой волны, уровня перфузии Время реакции на изменение параметров - не более 15 сек. Четырехуровневая индикация зарядки аккумулятора Изменяемый уровень яркости от - 21 до 0 mcd Тревожная сигнализация По установленному пределу сатурации и пульса Качеству сигнала Отсутствию датчика Отсутствию пальца в датчике (плюсому сигналу) Диапазон установки границ по SpO2 - нижняя граница в пределах (%) - от 50 до 99 с шагом (± 1) - верхняя граница в пределах (%) - от 80 до 99 с шагом (± 1) Диапазон установки границ по PR - нижняя граница в пределах (мин/1) - от 30 до 200 с шагом 5 - верхняя граница в пределах (мин/1) - от 70 до 250 с шагом 5 Раздельная регулировка громкости - По «тревоге», по пульсу Время автономной работы от аккумулятора - 50 часов Габаритные размеры, мм - 137x64x27 ± 10
--	--	--	---

				Масса, кг - 0,3	
3	Требования к условиям эксплуатации	Электропитание Комбинированное питание От 3-х элементов питания аккумуляторов - Типа АА От 3-х элементов питания одноразового применения - Типа АА От бортовой сети автомобиля, В - 8-18 От стационарной сети, В; Гц - 220; 50			
4	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИСО 9001:2015)	Мангистауская обл., Бейнеуский р-он, с Бейнеу, ул. Тобанияза, дом 1Д			
5	Срок поставки медицинской техники и место дислокации	15 календарных дней			
6	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Адрес: Мангистауская обл., Бейнеуский р-он, с Бейнеу, ул. Тобанияза, дом 1Д Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурсе составных частей; - замену или восстановление отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.			